

Parameter	WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT	RDW	MPV	LYM	MXD	NEUT/Gran	LYM	MXD	NEUT/Gran
Unit	X10 ³ mm ³	X10 ³ mm ³	g/dL	%	fL	Pg	g/dL	X10 ³ mm ³	%	fL	%	%	%	X10 ³ /μ L	X10 ³ /μL	X10 ³ /μL
Instrument																
Sysmex XS Series	4.5	4.64	14.6	43.2	93.2	31.6	33.9	215	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.2	±5.0	±3.4	±3.4	±32	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Sysmex XT-2000i,1800i	4.5	4.61	14.5	42.7	92.4	31.5	34.0	210	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.2	±5.0	±3.4	±3.4	±31	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Sysmex KX21&K4500,XP-300	4.2	4.48	13.9	40.8	91.1	31.0	34.0	210	10.4	11.6	45.4	4.2	51.1	1.9	0.2	2.1
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.0	±5.0	±3.3	±3.4	±31	±5.0	±4.3	±14.1	±2.1	±9.2	±0.6	±0.1	±0.4
Sysmex K1000-K800	4.0	4.48	13.4	40.4	90.1	29.9	33.2	207	12.7	11.4	45.4	2.7	53.0	1.8	0.1	2.0
Range	±0.5	±0.21	±0.6	±3.0	±5.0	±3.2	±3.4	±33	±5.0	±4.2	±14.1	±1.5	±9.5	±0.5	±0.1	±0.3
Convergent(3&5partdiff)	4.4	4.54	14.0	41.9	92.3	31.0	33.6	212	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.1	±5.0	±3.3	±3.4	±32	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Mindray(BC5800,5380,5300)	4.4	4.65	14.6	43.0	92.5	31.5	34.0	225	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.2	±5.0	±3.4	±3.4	±33	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Mindray(BC2800,3000,3600)	4.0	4.59	13.2	43.5	94.9	28.8	30.4	230	13.6	11.5	44.9	7.6	47.7	1.8	0.3	1.9
Range	±0.5	±0.21	±0.6	±3.2	±5.0	±3.1	±3.1	±37	±5.0	±4.2	±13.9	±3.8	±8.6	±0.5	±0.2	±0.3
Nihon Kodenc(Celltac)	4.4	4.61	14.5	42.3	91.8	31.5	34.3	216	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.1	±5.0	±3.4	±3.5	±31	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Abbott(cell Dyn)	4.4	4.58	14.3	42.0	91.7	31.2	34.0	216	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.1	±5.0	±3.3	±3.4	±32	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
MS9	4.3	4.61	14.5	42.7	92.4	31.5	34.0	211	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.2	±5.0	±3.4	±3.4	±31	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Medonic	3.9	4.30	12.3	40.6	95.8	28.5	29.6	226	12.9	9.2	47.9	6.3	45.8	2.1	0.3	2.0
Range	±0.5	±0.21	±0.5	±3.2	±5.0	±3.4	±3.3	±30	±5.0	±4.1	±14.8	±3.2	±8.2	±0.6	±0.2	±0.3
Medonic (M-Series)	3.3	4.40	12.0	40.4	92.3	27.5	29.5	197	14.3	8.9	34.6	6.7	58.6	1.4	0.3	2.3
Range	±0.3	±0.27	±0.5	±4.5	±5.0	±2.5	±2.5	±30	±5.0	±5.0	±10.7	±3.3	±10.6	±0.4	±0.2	±0.4
Swelab	4.5	4.63	14.1	43.7	94.3	30.4	32.2	163	15.1	12.1	53.6	7.7	38.7	2.4	0.4	1.6
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.2	±5.0	±3.3	±3.3	±26	±5.0	±4.5	±16.6	±3.6	±7.0	±0.7	±0.2	±0.3
Hycel	4.2	4.58	14.1	42.3	92.4	31.0	33.5	210	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.1	±5.0	±3.3	±3.4	±31	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Coulter	4.4	4.54	14.0	41.9	92.3	27.8	33.6	212	10.4	11.5	---	---	---	---	---	---
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.1	±5.0	±3.0	±3.4	±32	±5.0	±4.3	---	---	---	---	---	---
Orphee	4.3	4.66	13.6	42.1	90.3	29.1	32.3	182	15.6	10.2	50.2	14	36.3	2.1	0.6	1.5
Range	±0.6	±0.21	±0.6	±3.1	±5.0	±3.1	±3.3	±29	±5.0	±3.8	±15.6	±7	±6.5	±0.6	±0.3	±0.3

آدرس دفتر فروش: بلوار کشاورز،
نبش خیابان قدس، شماره 41، طبقه
پنجم

تلفن دفتر فروش: 88968151

88951853

88958742

نمایر:

www.mancompany.com

info@mancompany.com

خون کنترل شرکت من نمونه خونی است مرجع با مقادیر معلوم که جهت کنترل کالیبراسیون دستگاههای آنالایزر هماتولوژی بکار می رود.

شرایط نگهداری: در دمای °C 2-8 نگهداری گردد از فریز نمودن و قرار دادن ویالها در مجاورت نور مستقیم خودداری فرمائید.

پایداری: ویالهای باز نشده حداقل چهار ماه و ویالهای باز شده به مدت 2 هفته در دمای یخچال پایدار است.

هشدارها: با وجود اینکه نمونه خون کنترل از نظر HIV, HBS, HCV, ... مورد بررسی قرار گرفته و منفی بوده اند با این حال در هنگام کار با آن موارد ایمنی را رعایت فرمائید.

روش کار: ابتدا نمونه ها را از یخچال بیرون آورده و به مدت 15 دقیقه در محیط قرار دهید تا به دمای اتاق برسد. سپس به مدت 10 دقیقه بر روی میکسر با دور آرام قرار داده تا کاملا یکنواخت شود جهت حصول اطمینان به نتایج، نمونه را چند بار به یک دستگاه با محلولهای ثابت داده و از میانگین خوانشها جهت مقایسه با مقادیر رفرنس استفاده نمائید.

توجه:

- در هنگام استفاده از خون کنترل دقت داشته باشید که درب ویال برای طولانی مدت باز نماند و نباید ویال بیش از 30 دقیقه بیرون از یخچال باشد.
- به هیچ عنوان از همزن مکانیکی (ورتکس Vortex) استفاده نکنید.
- جهت میکس کردن، ویال خون کنترل را بین دو کف دست به صورت دورانی 30 تا 50 ثانیه حرکت داده و هر چند ثانیه آنرا بصورت وارونه نیز میکس کنید.
- حرکت فوق را به صورت آهسته حداقل 8 تا 10 بار انجام دهید، میکس شدید سبب تخریب خون کنترل می شود.
- رنگ خون کنترل پس از مخلوط نمودن صحیح می بایست به رنگ خون تازه باشد. ویال خون کنترلی که بصورت صحیح میکس نشده باشد گلبولها رسوب کرده و بصورت قرمز تیره مشاهده می گردد. این پدیده طبیعی بوده و نشان دهنده تخریب خون کنترل نمی باشد.
- برای هر بار خوانش خون کنترل توسط دستگاه سال کانتر، ویال را حداقل 8-10 بار به آرامی و با وارونگی میکس نمائید.
- در صورت یخ زدگی (حتی برای مدت کوتاه) حالتی لخته مانند در کنترل ایجاد شده که در این صورت ویال فاقد ارزش کیفی می گردد.
- پس از هر بار استفاده از خون کنترل، باید درب ویال و قسمت‌های خارجی آن توسط پارچه بدون پرز پاک شده و به یخچال منتقل گردد.
- عدم انطباق خوانش خون کنترل شرکت من با جدول مقادیر رفرنس:

WBC↓ - RBC↓ - PLT↓	عدم رسیدن دمای خون کنترل به دمای محیط
RBC↓ - HGB↑ - PLT↑	میکس کردن خون کنترل در هنگام رسیدن به دمای اتاق
WBC↑ - RBC↑ - HGB↑ - HCT↑ - PLT↓	عدم میکس کردن مناسب خون کنترل در زمان 15 دقیقه
RBC↓ - HGB↑ - PLT↑	میکس کردن شدید خون کنترل
WBC↓ - PLT↑	عدم تمیز کردن نیدل دستگاه با گاز و الکل قبل از دادن نمونه
WBC↓ - PLT↑ - MCV↑ (HCT ↑)	باز ماندن طولانی درب ویال خون کنترل
WBC↓	بیرون ماندن بیش از حد ویال خون کنترل و ایجاد شوک دمایی